## **AYUDA VISUAL**



TÍTULO: ESTÁNDAR DE IDENTIFICACIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA DE BAÑO DE VISCOSIDAD

ÁREA: MESA DE LABORATORIO, MÓDULOS DE FABRICACIÓN


PUESTO QUE LA ELABORÓ: INVESTIGADOR DE APOYO

Rev. A / 03-AGO-2022

AV-ID-53

Página 1 de 1

Colocar los tubos Gardner con muestra en el recipiente dentro del baño de temperatura controlada según corresponda:



Baño de temperatura controlada



Recipiente numerado

- 1 Muestras de módulo 1
- 2 Muestras de módulo 2
- 3 Muestras de módulo 3
- 4 Muestras de módulo 4
- 5 Muestras de módulo 5
- (6) Muestras de módulo 6
- 7 Muestras de módulo de escalamiento
- 8 Otras muestras en evaluación

Este archivo electrónico es un Documento que está en el sitio de Intranet de Reacciones Químicas como Documento Controlado. El Documento es NO controlado al ser impreso. El usuario es responsable de verificar que su versión impresa es la versión actualizada antes de la utilización.